

Käyttöohje LoFric Origo Pro-katetri


Wellspect®
A REAL DIFFERENCE


A.



1.


2.



3.



4.



5a.


5b.


6.


7.


8.


9.


A. Vinkki katetrointiin kodin ulkopuolella. Katetri on taivutettavissa taskukokoon. Pidä katetri taiteltuna pakkauksessa olevan loven avulla.

1. Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.

2. Purista tai paina nestetaskua suolaliuoksen vapauttamiseksi. Tämän jälkeen katetri on käyttövalmis.

3. Avaa vetämällä avausliuskan lenkin avulla alaspäin.

4. Valinnainen: Voit ripustaa katetripakkauksen takaosan tarralapun avulla kuivalle ja puhtaalle pinnalle.

5. A. Purista avaamisen jälkeen kevyesti holkin tartuntaosaa ja pidä siitä kiinni, jotta hygieniasuojan holkki vedetään automaattisesti alas, kun katetri otetaan ulos. Käytä hygieniasuojaa sisäänviennin ohjaamiseen niin, ettet joudu koskemaan katetriletkuun.

B. Poista katetri pakakuksesta. Vedä hygieniasuoja alas asti niin, että se asettuu katetrin letkuosan ympärille. Käytä hygieniasuojaa ohjaamaan asettamista ilman, että katetrin letkuosaan tarvitsee koskea paljain käsin.

6. Nosta penis kohti vatsaa virtsaputken suoristamiseksi. Vie katetri hitaasti virtsaputkeen. Kun virtsa alkaa virrata, työnnä vielä katetria hieman sisään päin.

7. Palauta penis normaaliasentoon, kun virtsaa alkaa valua katetrin kautta.

8. Odota, kunnes virtsan tulo lakkaa ja virtsarakko on kokonaan tyhjentynyt. Vedä katetri hitaasti ulos.

9. Aseta katetri takaisin pakkaukseen ja hävitä se asianmukaisesti (paikalliset määräykset voivat vaihdella).

TÄRKEÄÄ TIETOA

Käytä katetrin kastelemiseen vain pakkauksessa mukana olevaa suolaliuosta.

Älä aseta katetria paperille tai kankaalle, koska nämä materiaalit voivat imeä kosteuden katetrin pinnasta.

WELLSPECT does not waive any right to its trademarks by not using the symbols ® or ™.

LoFric® Origo™ Pro

Tärkeää tietoa

LoFric® Origo™ Pro, Kertakäyttöinen, hydrofiilinen katetri, jossa on useita silmäaukkoja, suunniteltu mahdollistamaan virtsarakon täydellinen tyhjentäminen ilman uudelleenasettelua.

Lyhyt- ja pitkäaikaiseen virtsarakon omatoimiseen toistokatetrointiin.

Aikuisille ja nuorille.

LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.

Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Jos vaikeuksia ilmenee, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Wellspectillä kehitämme innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka aikaansaavat konkreettisen vaikutuksen niiden ihmisten elämässä, jotka tarvitsevat apua inkontinenssin hallinnassa - antaen heille mahdollisuuden elää jokainen päivä täysipainoisesti. Olemme olleet luotettu terveydenhuollon edelläkävijä yli 40 vuoden ajan tuotemerkeillämme LoFric®, Navina™ ja Surity™, ja laajennamme jatkuvasti käyttäjäystävällisten ratkaisujemme saatavuutta. Pyrimme päivittäin ylläpitämään korkeimpia laatustandardeja samalla kun minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutukset. Tekemällä tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja ratkaisuihimme luottavien ihmisten kanssa pyrimme parantamaan hoitotuloksia ja ihmisten elämänlaatua ympäri maailmaa.
Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat osoitteesta wellspect.fi
Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, Finland. Puh.: +358 9 867 6160.

CID71689-FI-fi-04-28-2026-A © 2026 WELLSPECT. All rights reserved.

LoFric

Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

℞ Only